



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

ADENDO MODIFICADOR I

PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1617/2017

OBJETO: “Aquisição de material médico hospitalar, para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes no termo de referência, anexo a este edital”.

O Departamento de Compras e Licitações, através do Pregoeiro, nomeado nº **Portaria nº 117/2017, publicada no Diário Oficial do Município, torna público** aos interessados e, em especial, às empresas que adquiriram o edital que:

ITEM	PRODUTO	DESCRIÇÃO DA COTAÇÃO	UNID.	QUANT.	OBSERV.
27	32235	ONDE SE-LÊ: CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO SEGURANÇA Nº 20-SISTEMA PASSIVO DE SEGURANÇA CONTRA ACIDENTES COM PERFUROCORTANTES E INFECÇÕES RELACIONADAS, CÂNULA EM POLIURETANO, DESING ERGONÔMICO PARA PUNÇÃO UNIMANUAL, BISEL AFIADO PERMITINDO VÁRIOS ÂNGULOS DE INSERÇÃO E UMA PUNÇÃO MENOS TRAUMÁTICA, TECNOLOGIA DE DUPLA CONFIRMAÇÃO, FILTRO HIDRÓFOBO, CÂMARA DE VISUALIZAÇÃO TRANSPARENTE E QUADRADA, USO UNICO, ESTERILIZADOEM ÓXIDO DE ETILENO, ISENTO DE LÁTEX E PVC DE ACORDO COM NBR 10555-5. LÊ-SE: CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM DISPOSITIVO PASSIVO DE SEGURANÇA Nº20. CAIXA COM 50 UNIDADE. SISTEMA PASSIVO DE SEGURANÇA CONTRA ACIDENTES COM PERFUROCORTANTES E	CX	20,0000	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

		<p>INFECÇÕES RELACIONADAS. CÂNULA EM POLIURETANO. DESIGN ERGONÔMICO PARA PUNÇÃO UNIMANUAL.. BISEL AFIADO PERMITINDO VÁRIOS ÂNGULOS DE INSERÇÃO E UMA PUNÇÃO MENOS TRAUMÁTICA. TECNOLOGIA DE DUPLA CONFIRMAÇÃO: RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO DE SANGUE ATRAVÉS DA AGULHA E DOCATETER, CONFIRMANDO O SUCESSO DA PUNÇÃO. FILTRO HIDRÓFOBO, IMPEDINDO O EXTRAVASAMENTO DO REFLUXO DE SANGUE. CÂMARA DE VISUALIZAÇÃO TRANSPARENTE E QUADRADA, FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO DE SANGUE E MANUSEIO. USO ÚNICO. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO. ISENTO DE LÁTEX E PVC. DE ACORDO COM NBR 10555-5, VALIDADE 24 MESES.</p>			
--	--	--	--	--	--

ITEM	PRODUTO	DESCRIÇÃO DA COTAÇÃO	UNID.	QUANT.	OBSERV.
28	18611	<p>ONDE SE-LÊ: CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO PASSIVO DE SEGURANÇA- SISTEMA PASSIVO DE SEGURANÇA CONTRA ACIDENTES COM PERFURO CORTANTES E INFECÇÕES RELACIONADAS;CANULA EM POLIURETANO;DESING ERGONOMICO PARA PUNÇÃO UNIMANUAL;BISEL AFIADO,PERMITINDO VARIOS ANGULOS DE INCERÇÃO E UMA PUNÇÃO MENOS TRAUMATICA,TECNOLOGIA DE DUPLA CONFIRMAÇÃO: RAPIDA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO DE SANGUE ATRAVES DE AGULHA E DOCATETER,CONFIRMANDO O SUCESSO DE PUNÇÃO. FILTRO</p>	CX	20,0000	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

		<p>HIDROFOBO,IMPEDINDO O EXTRAVASSAMENTO DE REFLUXO DE SANGUE;CAMARA DE VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO DE SANGUE E MANUSEIO;USO UNICO;ESTERELIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO;ISENTO D ELATEX E PVC;DE ACORDO COM NBR 10555-5,VALIDADE 24 MESES.</p> <p>LÊ-SE:</p> <p>CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM DISPOSITIVO PASSIVO DE SEGURANÇA Nº16. CAIXA COM 50 UNIDADES. SISTEMA PASSIVO DE SEGURANÇA CONTRA ACIDENTES COM PERFUROCORANTES E INFECÇÕES RELACIONADAS. CÂNULA EM POLIURETANO. DESIGN ERGONÔMICO PARA PUNÇÃO UNIMANUAL. BISEL AFIADO PERMITINDO VÁRIOS ÂNGULOS DE INSERÇÃO E UMA PUNÇÃO MENOS TRAUMÁTICA. TECNOLOGIA DE DUPLA CONFIRMAÇÃO: RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO DE SANGUE ATRAVÉS DA AGULHA E DOCATETER, CONFIRMANDO O SUCESSO DA PUNÇÃO. FILTRO HIDRÓFOTO, IMPEDINDO O EXTRAVASAMENTO DO REFLUXO DE SANGUE. CÂMARA DE VISUALIZAÇÃO TRANSPARENTE E QUADRADA, FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO DE SANGUE E MANUSEIO. USO ÚNICO. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO. ISENTO DE LÁTEX E PVC. DE ACORDO COM NBR 10555-5, VALIDADE 24 MESES.</p>			
--	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

ITEM	PRODUTO	DESCRIÇÃO DA COTAÇÃO	UNID.	QUANT.	OBSERV.
29	18612	<p>ONDE SE-LÊ:</p> <p>CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO RADIOPACO N 18</p> <p>LÊ-SE:</p> <p>CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM DISPOSITIVO PASSIVO DE SEGURANÇA Nº18. CAIXA COM 50 UNIDADES. SISTEMA PASSIVO DE SEGURANÇA CONTRA ACIDENTES COM PERFUROCORTANTES E INFECÇÕES RELACIONADAS. CÂNULA EM POLIURETANO. DESIGN ERGONÔMICO PARA PUNÇÃO UNIMANUAL. BISEL AFIADO PERMITINDO VÁRIOS ÂNGULOS DE INSERÇÃO E UMA PUNÇÃO MENOS TRAUMÁTICA. TECNOLOGIA DE DUPLA CONFIRMAÇÃO: RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO DE SANGUE ATRAVÉS DA AGULHA E DO CATETER, CONFIRMANDO O SUCESSO DA PUNÇÃO. FILTRO HIDRÓFOTO, IMPEDINDO O EXTRAVASAMENTO DO REFLUXO DE SANGUE. CÂMARA DE VISUALIZAÇÃO TRANSPARENTE E QUADRADA, FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO DE SANGUE E MANUSEIO. USO ÚNICO. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO. ISENTO DE LÁTEX E PVC. DE ACORDO COM NBR 10555-5, VALIDADE 24 MESES.</p>	CX	20,0000	

ITEM	PRODUTO	DESCRIÇÃO DA COTAÇÃO	UNID.	QUANT.	OBSERV.
30	18614	<p>ONDE SE-LÊ:</p> <p>CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO RADIOPACO N 22</p> <p>LÊ-SE:</p> <p>CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM DISPOSITIVO</p>	CX	20,0000	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

		<p>PASSIVO DE SEGURANÇA Nº22. CAIXA COM 50 UNIDADES. SISTEMA PASSIVO DE SEGURANÇA CONTRA ACIDENTES COM PERFUROCORTANTES E INFECÇÕES RELACIONADAS. CÂNULA EM POLIURETANO. DESIGN ERGONÔMICO PARA PUNÇÃO UNIMANUAL. BISEL AFIADOPERMITINDO VÁRIOS ÂNGULOS DE INSERÇÃO E UMA PUNÇÃO MENOS TRAUMÁTICA. TECNOLOGIA DE DUPLA CONFIRMAÇÃO: RÁPIDA VISUZLIZAÇÃO DO REFLUXO DE SANGUE ATRVÉS DA AGULHA E DO CATETER, CONFIRMANDO O SUCESSO DA PUNÇÃO. FILTRO HIDRÓFOBO, IMPEDINDO O EXTRAVASAMENTO DO REFLUXO DE SANGUE. CÂMARA DE VISUALIZAÇÃO TRANSPARENTE E QUADRADA, FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO DE SANGUE E MANUSEIO. USO ÚNICO. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO. ISENTO DE LÁTEX E PVC. DE ACORDO COM NBR 10555-5, VALIDADE 24 MESES.</p>			
--	--	---	--	--	--

ITEM	PRODUTO	DESCRIÇÃO DA COTAÇÃO	UNID.	QUANT.	OBSERV.
31	18615	<p>ONDE SE LÊ: CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO RADIOPACO N 24</p> <p>LÊ-SE: CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM DISPOSITIVO PASSIVO DE SEGURANÇA Nº24. CAIXA COM 50 UNIDADES. SISTEMA PASSIVO DE SEGURANÇA CONTRA ACIDENTES COM PERFUROCORTANTES E INFECÇÕES RELACIONADAS. CÂNULA EM POLIURETANO. DESIGN ERGONÔMICO PARA</p>	CX	20,0000	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

		PUNÇÃO UNIMANUAL. BISEL AFIADO PERMITINDO VÁRIOS ÂNGULOS DE INSERÇÃO E UMA PUNÇÃO MENOS TRAUMÁTICA. TECNOLOGIA DE DUPLA CONFIRMAÇÃO: RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO DE SANGUE ATRAVÉS DA AGULHA E DO CATETER, CONFIRMANDO O SUCESSO DA PUNÇÃO. FILTRO HIDRÓFobo, IMPEDINDO O EXTRAVASAMENTO DO REFLUXO DE SANGUE. CÂMARA DE VISUALIZAÇÃO TRANSPARENTE E QUADRADA, FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO DE SANGUE E MANUSEIO. USO ÚNICO. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO. ISENTO DE LÁTEX E PVC. DE ACORDO COM NBR 10555-5, VALIDADE 24 MESES.			
--	--	---	--	--	--

ITEM	PRODUTO	DESCRIÇÃO DA COTAÇÃO	UNID.	QUANT.	OBSERV.
37	2316	COLETOR UNIVERSAL 80ML – CX C/ 1000 UND	CX	10,000	*Valor referente a caixa com 1000 unidades

ITEM	PRODUTO	DESCRIÇÃO DA COTAÇÃO	UNID.	QUANT.	OBSERV.
38	23798	ONDE SE-LÊ: COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 7,5CM X 7,5CM - 500UN 05 DOBRAS-08 CAMADAS/11FIOS /CM2 LÊ-SE: COMPRESSA CIRÚRGICA DE GAZE HIDRÓFILA 7,5X7,5CM 100% ALGODÃO, 11 FIOS, 5 DOBRAS, 8 CAMDAS, PESO MÍNIMO 330G, DIMENSÕES 15CMX24CM SEM DOBRAS COM 500 UNIDADES.	PCT	10.000,000	

ITEM	PRODUTO	DESCRIÇÃO DA COTAÇÃO	UNID.	QUANT.	OBSERV.
89	24605	LENÇOL DE PAPEL HOSPITAL DE 70CM X 50M -LENÇOL SW PAPEL HOSPITAL DE 70 CM X	CX	400,00	*Valor referente a caixa com 1000 unidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

		50 M - CAIXA COM 10 UNDES BRANCA			
--	--	-------------------------------------	--	--	--

ITEM	PRODUTO	DESCRIÇÃO DA COTAÇÃO	UNID.	QUANT.	OBSERV.
114	17967	ONDE SE-LÊ: SERINGA DE 1 ML C AGULHA CX C/100 LÊ-SE: SERINGA DE 1 ML C/ AGULHA 13X4,5 MM CX C/100	CX	1.000,0000	

ITEM	PRODUTO	DESCRIÇÃO DA COTAÇÃO	UNID.	QUANT.	OBSERV.
115	17971	ONDE SE-LÊ: SERINGA DE 20ML S/ AGULHA LÊ-SE: SERINGA DE 20ML C/BICO LUER-SLIP S/AGULHA CX C/ 100 UND.	CX	300,0000	

ITEM	PRODUTO	DESCRIÇÃO DA COTAÇÃO	UNID.	QUANT.	OBSERV.
116	17968	ONDE SE-LÊ: SERINGA DE 3ML S/ AGULHA LÊ-SE: SERINGA DE 3ML C/BICO LUER- LOCK (ROSCA DUPLA) SEM AGULHA CX C/100 UNID	CX	700,0000	

ITEM	PRODUTO	DESCRIÇÃO DA COTAÇÃO	UNID.	QUANT.	OBSERV.
117	17969	ONDE SE LÊ: SERINGA DE 5ML S/ AGULHA LÊ-SE: SERINGA DE 5ML C/BICO LUER- LOCK (ROSCA DUPLA) SEM AGULHA CX C/100 UNID.	CX	700,0000	

ITEM	PRODUTO	DESCRIÇÃO DA COTAÇÃO	UNID.	QUANT.	OBSERV.
118	18670	ONDE SE LÊ: SERINGA DESCARTAVEL S AGULHA 10ML LÊ-SE: SERINGA DE 10ML C/BICO LUER-LOCK (ROSCA DUPLA) S/AGULHA CX C/ 100 UNID	UNID	250,0000	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

ITEM	PRODUTO	DESCRIÇÃO DA COTAÇÃO	UNID.	QUANT.	OBSERV.
138	18673	ONDE SE LÊ: TALA METALICA P/ IMOBILIZAÇÃO 16CM LÊ-SE: TALA METÁLICA, FÉCULA METÁLICA 16X250 MM PACOTE COM 12 UNID, VALIDADE 24 MESES A PARTIR DA DATA DA AQUISIÇÃO DA NOTA FISCAL DO CERTAME	PCT	20,0000	

ITEM	PRODUTO	DESCRIÇÃO DA COTAÇÃO	UNID.	QUANT.	OBSERV.
139	17769	ONDE SE LÊ: TALA METALICA PARA IMOBILIZAÇÃO 20CM LÊ-SE: TALA METÁLICA, FÉCULA METÁLICA 19X250 MM PACOTE COM 12 UNID, VALIDADE 24 MESES A PARTIR DA DATA DA AQUISIÇÃO DA NOTA FISCAL DO CERTAME.	PCT	20,0000	

ITEM	PRODUTO	DESCRIÇÃO DA COTAÇÃO	UNID.	QUANT.	OBSERV.
141	18649	ONDE SE LÊ: TERMOMETRO DIGITAL PARA AMBIENTE OU GELADEIRA C MAX MIN LÊ-SE: TERMÔMETRO DIGITAL COM ALARME-TEMPERATURA INT./EXT. C/MX/MIN. PARA GELADEIRA	UND	30,0000	

ITEM	PRODUTO	DESCRIÇÃO DA COTAÇÃO	UNID.	QUANT.	OBSERV.
142	15391	ONDE SE LÊ: TERMOMETRO P/ CAIXA DE VACINA CABO EXTENSOR FLEXIVEL LÊ-SE: TERMÔMETRO DE MERCÚRIO EXTERNO P/ CAIXA TÉRMICA C/	UND	15,0000	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

		CABO EXTENSOR			
--	--	---------------	--	--	--

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do edital; eventuais dúvidas poderão ser sanadas junto à Equipe de Pregão, através do telefone (67) 3272-7400 ou pelo e-mail licitacaopmsidrolandia@gmail.com

Publique-se.

Sidrolândia-MS, 18 de maio de 2017.

ADEMILSON TEIXEIRA DE MATOS

Pregoeiro