

A  
Prefeitura de Sidrolândia: Rua São Paulo, Nº 964,  
Sidrolândia - MS - CEP: 79.170-000

## PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:

### EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2026 – REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO ADMINISTRATIVO 1767/2026 PROCESSO LICITATÓRIO 88/2025

A Empresa MÚTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES – EPP, inscrita no CNPJ sob nº 06.190.145/0001-89, por meio de seu representante legal, vem respeitosamente à presença de V.Sa. apresentar **PEDIDO DE ESCLARECIMENTO** nos seguintes termos:

#### 1. DO ITEM QUESTIONADO

Item 09 –

##### Berço Aquecido

- Calor irradiante superior
- giro bilateral horizontal p/ raios-X
- bandeja p/ filme radiográfico
- balança integrada
- LED Apgar c/ alarmes 1, 5 e 10 min
- servocontrole c/ sensor RN
- 1 prateleira lateral
- 1 bandeja sob leito
- 1 haste soro
- 1 sensor temperatura pele
- 1 sensor auxiliar
- conjunto reanimação (PIP/PEEP, máscaras, blender FiO2 21-100%)
- NBR IEC 60601-1, 60601-2-21, 60601-1-2

#### 2. DA SITUAÇÃO APONTADA

Verifica-se a situação apontada:

No item 09 “ Berço Aquecido”, solicita-se entre os acessórios o **“conjunto de reanimação(PIP/PEEP, máscaras, blender FiO2 21-100%)”**.

O descritivo apresentado como acessório do item 09 **“conjunto de reanimação(PIP/PEEP, máscaras, blender FiO2 21-100%)”**, não é claro, pois trata-se de um descritivo genérico, podendo-se referir ao **Reanimador Manual (Tipo Ambu) Neonatal (Imagem 1)** ou ao **Ventilador Infantil/Reanimador Pulmonar com peça em T (Imagem 2)**, **pois ambos podem e são identificados como “conjunto de reanimação( PIP/PEEP, máscaras, blender FiO2 21-100%)”**.

Imagem 1:



Imagem 2:



## 1. DO PEDIDO

Diante do exposto, solicita-se:

- a) Esclarecimento quanto ao descritivo do acessório do item 09 “Berço Aquecido”, confirmando qual dos dois itens apresentados nas imagens acima é o item que pretende-se adquirir. Caso o correto seja o item da imagem 2, VENTILADOR INFANTIL/REANIMADOR PULMONAR para o acessório do item 09 “Berço aquecido”, sugerimos que seja utilizado o descritivo abaixo.

“Ventilador Infantil/Reanimador Pulmonar com peça em T, equipamento com dimensões compactas, de fácil manuseio, recomendado para reanimação de pacientes neonatais/pediátricos até 10 kg em salas de parto, centros cirúrgicos, unidades de cuidado intensivo neonatais e procedimentos de transporte.

Possui operação manual, acionamento a gás (oxigênio/ar comprimido/mescla), projetado para fornecer respiração a um fluxo contínuo, permitindo ajustes do pico de pressão inspiratória (PIP), pressão máxima inspiratória ou pressão de segurança (MAX-P/Pico) e pressão expiratória final positiva (PEEP) todas ajustáveis e seguras, conforme as necessidades dos pacientes recém-nascidos/pediátricos com conexão de saída via circuito corrugado com válvula “T” de fácil conexão com mascaras.

Acompanha Blender com concentrações de oxigênio de 21% a 100%, a um fluxo de entrada de gás de 5 a 15 LPM.”

Nestes termos,

Campo Grande, 08 de junho de 2026



**EDUARDO CALIXTO BESSER**  
MÚTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.  
CNPJ 06.190.145/0001-89