



RESPOSTA AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

EMPRESA: Múltipla Equipamentos Hospitalares Ltda
CNPJ nº 06.190.145/0001-89
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1767/2025

Trata-se de pedido de esclarecimento apresentado pela empresa Múltipla Equipamentos Hospitalares Ltda., referente aos itens 09 (Berço Aquecido) e 11 (Incubadora de Transporte) do Edital do Pregão Eletrônico nº 22/2026.

A empresa questiona a especificação dos acessórios denominados "conjunto de reanimação", argumentando que a descrição constante no edital poderia gerar dúvida quanto ao equipamento pretendido pela Administração, podendo se referir tanto ao Reanimador Manual Neonatal (tipo Ambu) quanto ao Ventilador Infantil/Reanimador Pulmonar com peça em T.

Em atenção ao questionamento, a Secretaria Municipal de Saúde manifestou-se por meio do Ofício nº 604/2026/CECBS/GAB/SMS, esclarecendo que a necessidade da Administração contempla a inclusão de ambos os equipamentos nos respectivos itens.

Dessa forma, esclarece-se que:

ITEM 09 – BERÇO AQUECIDO

O conjunto de reanimação solicitado deverá contemplar:

- Reanimador Manual (Tipo Ambu) Neonatal; e
- Ventilador Infantil/Reanimador Pulmonar com peça em T, com ajustes de PIP e PEEP, máscaras e blender para concentração de oxigênio de 21% a 100%.

ITEM 11 – INCUBADORA DE TRANSPORTE

O conjunto de reanimação solicitado deverá contemplar:

- Reanimador Manual (Tipo Ambu) Neonatal; e

- Ventilador Infantil/Reanimador Pulmonar com peça em T, compatível com utilização em pacientes neonatais/pediátricos, acompanhado dos acessórios necessários para sua adequada operação.

Assim, para fins de interpretação do edital, fica esclarecido que os itens 09 e 11 deverão ser fornecidos acompanhados dos dois equipamentos acima descritos, conforme necessidade técnica da Secretaria Municipal de Saúde.

O presente esclarecimento passa a integrar o Edital do Pregão Eletrônico nº 22/2026 para todos os fins.

Sidrolândia – MS, 09 de junho de 2026.



Ademilson Teixeira de Matos
Agente de Contratação